

METODFÖRTECKNING ÖVER ACKREDITERADE METODER – MÄTOSÄKERHET OCH MÄTOMRÅDE

Metodförteckning över ackrediterade metoder som utförs av SGI:s geotekniklaboratorium.
Redovisad mätosäkerhet är metodens mätosäkerhet utan inverkan av hur väl analysmängden
representerar en större provmängd.

Metod	Standard	Mätområde	Mätosäkerhet	Beräknat datum
Skrymdensitet – kolvborrhylsa	SS-EN ISO 17892-2:2014, del 4:1	> 0,02 t/m ³	± 0,013 g/cm ³	2024-05-22
Skrymdensitet – ödometerring	SS-EN ISO 17892-2:2014, del 4:1	> 0,02 t/m ³	± 0,005 g/cm ³	2024-05-22
Skrymdensitet – fri provkropp	SS-EN ISO 17892-2:2014, del 4:1	> 0,02 t/m ³	± 0,012 g/cm ³	2024-05-22
Vattenkvot	SS-EN ISO 17892-1:2014	> 1,0 %	± 0,2 % (ABS)	2024-05-22